

ХИМИЙН УР ЧАДВАРЫН СОРИЛТЫН УР ДҮНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГТГЭЛ

/2023 оны 2 ээлж/

Жуусэнд хүчиллэг (%) тодорхойлсон оролцогчдын дүнгийн үнэлгээ

Жуусны хүчиллэг (%) тодорхойлсон оролцогчдын дүнгийн үнэлгээ					
Д/д	Лабораторийн код	Бүтээгдэхүүний код	Үзүүлэлт		Үнэлгээ
			Хүчиллэг(%)	Z-оноо	
Нэг. Төрийн байгууллагын лабораториуд					
1	10	2319-03	0.42	0.75	Хангалттай
2	32	2319-03	0.43	1.41	Хангалттай
3	31	2319-03	0.43	1.41	Хангалттай
4	216	2319-03	0.40	-0.57	Хангалттай
5	144	2319-03	0.41	0.09	Хангалттай
Хоёр. Орон нутаг дахь СХЗХ-ийн сорилтын лаборатори					
6	68	2319-03	0.43	1.41	Хангалттай
7	54	2319-03	0.46	3.39	Хангалтгүй
8	69	2319-03	0.42	0.75	Хангалттай
9	50	2319-03	0.42	0.75	Хангалттай
10	52	2319-03	0.436	1.81	Хангалттай
11	23	2319-03	0.41	0.09	Хангалттай
12	09	2319-03	0.44	2.07	Эргэлзээтэй
13	53	2319-03	0.42	0.75	Хангалттай
14	60	2319-03	0.42	0.75	Хангалттай
15	55	2319-03	0.39	-1.23	Хангалттай
16	61	2319-03	0.458	3.26	Хангалтгүй
17	58	2319-03	0.45	2.73	Эргэлзээтэй
18	51	2319-03	0.456	3.12	Хангалтгүй
19	62	2319-03	0.56	9.99	Хангалтгүй
20	56	2319-03	0.45	2.73	Эргэлзээтэй
21	64	2319-03	0.42	0.75	Хангалттай
22	65	2319-03	0.5	6.03	Хангалтгүй
23	21	2319-03	0.5	6.03	Хангалтгүй
Гурав. Хувийн хэвшлийн лабораториуд					
24	175	2319-03	0.44	2.07	Эргэлзээтэй
25	176	2319-03	0.43	1.41	Хангалттай
26	81	2319-03	6.3	388.2	Хангалтгүй
27	153	2319-03	0.4	-0.57	Хангалттай
28	42	2319-03	0.38	-1.89	Хангалттай
29	202	2319-03	0.44	2.07	Эргэлзээтэй
30	155	2319-03	0.36	-3.21	Хангалтгүй
31	82	2319-03	0.26	-9.81	Хангалтгүй
32	143	2319-03	0.39	-1.23	Хангалттай
33	217	2319-03	2.51	138.6	Хангалтгүй
34	146	2319-03	0.4	-0.57	Хангалттай
35	40	2319-03	0.365	-2.88	Эргэлзээтэй
36	100	2319-03	0.399	-0.64	Хангалттай
37	139	2319-03	0.4	-0.57	Хангалттай

ХАВУУЛ-ийн СТЭҮТ-ийн Ур чадварын сорилтын лаборатори

