

Халдварлуулсан бактери илрүүлэх сорилтын дүн

Нэгдсэн дугаар	Лабораторийн код	Дээж						Халдвардуулсан бактери илрүүлэх			
		Целлон ус	Жүүс	Талхны үймэг	Хүүхдийн каш	Хатаасан аарц	Ур тариа	Байх ёстой үр дүн	Бүтээгдэхүүний код	Лабораторийн ирүүлсэн үр дүн	Үнэлгээ
Нэг, Улаанбаатар хотын лабораториуд											
1	10			√				<i>Listeria monocytogenes</i>	23-A1918 23-B1918	Илрээгүй Илэрсэн	Хангалттай
2	11	√						<i>Staphylococcus aureus</i>	23-A2518 23-B2518	Илэрсэн Илрээгүй	Хангалттай
3	13				√			<i>Shigella flexneri</i>	23-A1218 23-B1218	Илрээгүй Илэрсэн	Хангалттай
4	14					√		<i>Aspergillus brasiliensis</i>	23-A1618 23-B1618	Илэрсэн Илрээгүй	Хангалттай
5	12		√					<i>Escherichia coli</i>	23-A2218 23-B2218	Илэрсэн Илрээгүй	Хангалттай
6	15					√		<i>Aspergillus brasiliensis</i>	23-A1618 23-B1618	Илэрсэн Илрээгүй	Хангалттай
7	25				√			<i>Shigella flexneri</i>	23-A1218 23-B1218	Илэрсэн Илрээгүй	Хангалттай
8	26	√						<i>Bacillus subtilis</i>	23-A6618 23-B6618	Илрээгүй Илэрсэн	Хангалттай
9	28				√			<i>Shigella flexneri</i>	23-A1218 23-B1218	Илрээгүй Илэрсэн	Хангалттай
10	30		√					<i>Escherichia coli</i>	23-A2218 23-B2218	Илэрсэн Илрээгүй	Хангалттай
11	31			√				<i>Listeria monocytogenes</i>	23-A1918 23-B1918	Илрээгүй Илэрсэн	Хангалтгүй
12	32				√			<i>Salmonella enterica</i>	23-A1418 23-B1418	Илэрсэн Илрээгүй	Хангалттай
	33					√		<i>Aspergillus brasiliensis</i>	23-A1618 23-B1618	Илрээгүй Илэрсэн	Хангалттай
13	34	√						<i>Enterococcus faecalis</i>	23-A3318 23-B3318	Илрээгүй Илэрсэн	Хангалттай
14	151				√			<i>Shigella flexneri</i>	23-A1218 23-B1218	Илэрсэн Илрээгүй	Хангалттай
15	70	√						<i>Staphylococcus aureus</i>	23-A2518 23-B2518	Илрээгүй Илэрсэн	Хангалттай
Хоёр, Хувийн хэвшлийн лабораториуд											
16	40				√			<i>Shigella flexneri</i>	23-A1218 23-B1218	Илрээгүй Илэрсэн	Хангалттай
17	41	√						<i>Pseudomonas aeruginos</i>	23-A1518 23-B1518	Илэрсэн Илрээгүй	Хангалттай
18	42					√		<i>Penicillium rubens</i>	23-A9118 23-B9118	Илрээгүй Илэрсэн	Хангалттай
19	124	√						<i>Staphylococcus aureus</i>	23-A2518 23-B2518	Илрээгүй Илэрсэн	Хангалттай
20	156		√					<i>Escherichia coli</i>	23-A2218 23-B2218	Илэрсэн Илрээгүй	Хангалттай
21	160	√						<i>Staphylococcus aureus</i>	23-A2518 23-B2518	Илрээгүй Илэрсэн	Хангалттай
22	111	√						<i>Pseudomonas aeruginos</i>	23-A1518 23-B1518	Илэрсэн Илрээгүй	Хангалттай
23	198				√			<i>Salmonella enterica</i>	23-A1418 23-B1418	Илэрсэн Илрээгүй	Хангалттай
Гурав, Орон нутгийн СХЗХ сорилтын лабораториуд											

24	50	√					<i>Staphylococcus aureus</i>	23-A2518 23-B2518	Илэрсэн Илрээгүй	Хангалттай
25	51		√				<i>Escherichia coli</i>	23-A2218 23-B2218	Илэрсэн Илрээгүй	Хангалттай
26	52					√	<i>Aspergillus brasiliensis</i>	23-A1618 23-B1618	Илрээгүй Илэрсэн	Хангалттай
27	53		√				<i>Escherichia coli</i>	23-A2218 23-B2218	Илрээгүй Илэрсэн	Хангалттай
28	54			√			<i>Listeria monocytogenes</i>	23-A1918 23-B1918	Илрээгүй Илэрсэн	Хангалтгүй
29	55				√		<i>Salmonella enterica</i>	23-A1418 23-B1418	Илэрсэн Илрээгүй	Хангалттай
30	56	√					<i>Staphylococcus aureus</i>	23-A2518 23-B2518	Илэрсэн Илрээгүй	Хангалттай
31	57	√					<i>Enterococcus faecalis</i>	23-A3318 23-B3318	Илрээгүй Илэрсэн	Хангалттай
32	58						-			Оролцох боломжгүй
33	59	√					<i>Bacillus cereus</i>	23-A1118 23-B1118	Илрээгүй Илэрсэн	Хангалттай
		√					<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	23-A1518 23-B1518	Илрээгүй Илэрсэн	Хангалттай
34	60	√					<i>Bacillus cereus</i>	23-A1118 23-B1118	Илрээгүй Илэрсэн	Хангалттай
35	61					√	<i>Penicillium rubens</i>	23-A9118 23-B9118	Илэрсэн Илрээгүй	Хангалттай
36	62				√		<i>Salmonella enterica</i>	23-A1418 23-B1418	Илрээгүй Илэрсэн	Хангалттай
37	63						-			Оролцох боломжгүй
38	64				√		<i>Aspergillus brasiliensis</i>	23-A1618 23-B1618	Илрээгүй Илэрсэн	Хангалттай
39	65						-			Оролцох боломжгүй
40	66	√					<i>Bacillus cereus</i>	23-A1118 23-B1118	Илрээгүй Илэрсэн	Хангалттай
41	68				√		<i>Aspergillus brasiliensis</i>	23-A1618 23-B1618	Илэрсэн Илрээгүй	Хангалттай
42	69				√		<i>Shigella flexneri</i>	23-A1218 23-B1218	Илэрсэн Илрээгүй	Хангалттай
43	72	√					<i>Bacillus subtilis</i>	23-A6618 23-B6618	Илрээгүй Илэрсэн	Хангалттай
Доргов.Үйлдвэрийн дотоод хяналтын сорилтын лабораториуд										
44	73				√		<i>Salmonella enterica</i>	23-A1418 23-B1418	Илэрсэн Илрээгүй	Хангалттай
45	74				√		<i>Salmonella enterica</i>	23-A1418 23-B1418	Илэрсэн Илрээгүй	Хангалттай
46	75				√		<i>Shigella flexneri</i>	23-A1218 23-B1218	Илэрсэн Илрээгүй	Хангалттай
47	76	√					<i>Staphylococcus aureus</i>	23-A2518 23-B2518	Илрээгүй Илэрсэн	Хангалттай
48	77				√		<i>Salmonella enterica</i>	23-A1418 23-B1418	Илэрсэн Илрээгүй	Хангалттай
49	78				√		<i>Shigella flexneri</i>	23-A1218 23-B1218	Илэрсэн Илрээгүй	Хангалттай
						√	<i>Penicillium rubens</i>	23-A9118 23-B9118	Илрээгүй Илэрсэн	Хангалттай
50	79				√		<i>Shigella flexneri</i>	23-A1218 23-B1218	Илэрсэн Илрээгүй	Хангалттай
51	80	√					<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	23-A1518 23-B1518	Илрээгүй Илэрсэн	Хангалттай
52	81	√					<i>Bacillus subtilis</i>	23-A6618 23-B6618	Илрээгүй Илэрсэн	Хангалттай
53	82					√	<i>Penicillium rubens</i>	23-A9118 23-B9118	Илрээгүй Илэрсэн	Хангалттай

54	83	√				<i>Bacillus cereus</i>	23-A1118	Илрээгүй	Хангалттай
							23-B1118	Илрэсн	
55	84	√				<i>Bacillus subtilis</i>	23-A6618	Илрээгүй	Хангалттай
							23-B6618	Илрэсн	
56	86			√		<i>Shigella flexneri</i>	23-A1218	Илрэсн	Хангалттай
							23-B1218	Илрээгүй	
57	89	√				<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	23-A1518	Илрэсн	Хангалттай
							23-B1518	Илрээгүй	
58	90			√		<i>Shigella flexneri</i>	23-A1218	Илрээгүй	Хангалттай
							23-B1218	Илрэсн	
59	94	√				<i>Bacillus subtilis</i>	23-A6618	Илрээгүй	Хангалттай
							23-B6618	Илрэсн	
60	95			√		<i>Salmonella enterica</i>	23-A1418	Илрээгүй	Хангалтгүй
							23-B1418	Илрэсн	
61	96				√	<i>Penicillium rubens</i>	23-A9118	Илрээгүй	Хангалттай
							23-B9118	Илрэсн	
62	08	√				<i>Bacillus subtilis</i>	23-A6618	Илрээгүй	Хангалттай
							23-B6618	Илрэсн	
63	196	√				<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	23-A1518	Илрэсн	Хангалттай
							23-B1518	Илрээгүй	
64	110	√				<i>Bacillus subtilis</i>	23-A6618	Илрээгүй	Хангалттай
							23-B6618	Илрэсн	
65	203		√			<i>Escherichia coli</i>	23-A2218	-	Хариу ирүүлээгүй
							23-B2218	-	
66	164	√				<i>Bacillus cereus</i>	23-A1118	Илрээгүй	Хангалтгүй
							23-B1118	Илрээгүй	
67	113			√		<i>Listeria monocytogenes</i>	23-A1918	Илрэсн	Эргэлзээтэй
							23-B1918	Илрэсн	
68	107				√	<i>Penicillium rubens</i>	23-A9118	Илрэсн	Хангалттай
							23-B9118	Илрээгүй	
69	112		√			<i>Escherichia coli</i>	23-A2218	Илрэсн	Хангалттай
							23-B2218	Илрээгүй	
70	116			√		<i>Salmonella enterica</i>	23-A2518	Илрээгүй	Хангалттай
							23-B2518	Илрэсн	
71	119				√	<i>Penicillium rubens</i>	23-A9118	Илрээгүй	Хангалттай
							23-B9118	Илрэсн	
72	121			√		<i>Listeria monocytogenes</i>	23-A1918	Илрээгүй	Хангалттай
							23-B1918	Илрэсн	
73	135	√				<i>Pseudomonas aeruginos</i>	23-A1518	Илрэсн	Хангалттай
							23-B1518	Илрээгүй	
74	136			√		<i>Listeria monocytogenes</i>	23-A1918	Илрэсн	Хангалттай
							23-B1918	Илрээгүй	
75	152	√				<i>Bacillus cereus</i>	23-A1118	Илрээгүй	Хангалттай
							23-B1118	Илрэсн	
76	146			√		<i>Shigella flexneri</i>	23-A1218	Илрээгүй	Хангалттай
							23-B1518	Илрэсн	
77	149				√	<i>Penicillium rubens</i>	23-A9118	-	Хийх боломжгүй
							23-B9118	-	
78	150			√		<i>Listeria monocytogenes</i>	23-A1918	Илрэсн	Хангалттай
							23-B1918	Илрээгүй	
79	154	√				<i>Bacillus cereus</i>	23-A1118	Илрээгүй	Хангалттай
							23-B1118	Илрэсн	
80	155		√			<i>Escherichia coli</i>	23-A2218	Илрэсн	Хангалттай
							23-B2218	Илрээгүй	
81	173				√	<i>Aspergillus brasiliensis</i>	23-A1618	Илрэсн	Эргэлзээтэй
							23-B1618	Илрэсн	
82	192		√			<i>Escherichia coli</i>	23-A2218	Илрэсн	Хангалттай
							23-B2218	Илрээгүй	
83	23			√		<i>Listeria monocytogenes</i>	23-A1918	Илрэсн	Хангалттай
							23-B1918	Илрээгүй	
84	158					<i>Salmonella enterica</i>	23-A1418	Илрэсн	Хангалттай
							23-B1418	Илрээгүй	
85	805		√			<i>Escherichia coli</i>	23-A2218	-	Хариу ирүүлээгүй
							23-B2218	-	
86	193				√	<i>Aspergillus brasiliensis</i>	23-A1618	Илрэсн	

									23-B1618	Илрээгүй	Хангалттай
87	199	√						<i>Pseudomonas aeruginos</i>	23-A1518	Илрээгүй	Хангалттай
									23-B1518	Илэрсэн	
88	117			√				<i>Listeria monocytogenes</i>	23-A1918	Илэрсэн	Хангалттай
									23-B1918	Илрээгүй	
89	201	√						<i>Staphylococcus aureus</i>	23-A2518	Илрээгүй	Хангалттай
									23-B2518	Илэрсэн	
90	202	√						<i>Staphylococcus aureus</i>	23-A2518	Илэрсэн	Хангалттай
									23-B2518	Илрээгүй	
Тав. Эмийн үйлдвэрийн дотоод хяналтын лабораториуд											
91	100					√		<i>Aspergillus brasiliensis</i>	23-A1618	Илрээгүй	Хангалтгүй
									23-B1618	Илрээгүй	
						√		<i>Penicillium rubens</i>	23-A9118	Илэрсэн	Хангалттай
									23-B9118	Илрээгүй	
92	102			√				<i>Shigella flexneri</i>	23-A1218	Илрээгүй	Хангалттай
									23-B1218	Илэрсэн	
93	103					√		<i>Aspergillus brasiliensis</i>	23-A1618	Илрээгүй	Хангалттай
									23-B1618	Илэрсэн	
94	104					√		<i>Penicillium rubens</i>	23-A9118	Илэрсэн	Хангалттай
									23-B9118	Илрээгүй	
95	142	√						<i>Bacillus subtilis</i>	23-A6618	Илрээгүй	Хангалттай
									23-B6618	Илэрсэн	
96	108			√				<i>Salmonella enterica</i>	23-A1418	Илэрсэн	Хангалттай
									23-B1418	Илрээгүй	
97	157	√						<i>Bacillus cereus</i>	23-A1118	Илэрсэн	Хангалтгүй
									23-B1118	Илрээгүй	
98	206	√						<i>Staphylococcus aureus</i>	23-A2518	Илрээгүй	Хангалттай
									23-B2518	Илэрсэн	
99	101	√						<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	23-A1518	Илэрсэн	Хангалттай
									23-B1518	Илрээгүй	
Зургаа. Мал эмнэлэг, арвун цэврийн лабораторийн сүлжээ											
100	106			√				<i>Shigella flexneri</i>	23-A1218	Илэрсэн	Хангалттай
									23-B1218	Илрээгүй	
101	106а					√		<i>Penicillium rubens</i>	23-A9118	Илэрсэн	Хангалттай
									23-B9118	Илрээгүй	
102	814					√		<i>Penicillium rubens</i>	23-A9118	Илрээгүй	Хангалттай
									23-B9118	Илэрсэн	
103	815					√		<i>Aspergillus brasiliensis</i>	23-A1618	Илрээгүй	Хангалттай
									23-B1618	Илэрсэн	
104	105			√				<i>Salmonella enterica</i>	23-A1418	Илэрсэн	Хангалттай
									23-B1418	Илрээгүй	
105	109			√				<i>Shigella flexneri</i>	23-A1218	Илрээгүй	Хангалттай
									23-B1218	Илэрсэн	
				√				<i>Salmonella enterica</i>	23-A1418	Илэрсэн	Хангалттай
									23-B1418	Илрээгүй	
106	176		√					<i>Escherichia coli</i>	23-A2218	Илэрсэн	Хангалттай
									23-B2218	Илрээгүй	
107	162	√						<i>Bacillus subtilis</i>	23-A6618	Илрээгүй	Хангалттай
									23-B6618	Илэрсэн	
108	204	√						<i>Listeria monocytogenes</i>	23-A1918	Илэрсэн	Хангалттай
									23-B1918	Илрээгүй	
109	200			√				<i>Shigella flexneri</i>	23-A1218	Илрээгүй	Хангалттай
									23-B1218	Илэрсэн	
110	205			√				<i>Salmonella enterica</i>	23-A1418	Илэрсэн	Хангалттай
									23-B1418	Илрээгүй	
111	209					√		<i>Aspergillus brasiliensis</i>	23-A1618	Илэрсэн	Хангалттай
									23-B1618	Илрээгүй	
112	212			√				<i>Bacillus cereus</i>	23-A1118	Илрээгүй	Хангалттай
									23-B1118	Илэрсэн	

ХАБҮЛЛ-ийн СТЭҮГ-ийн Ур чадварын сорилтын лаборатори



**АРИУТГАЛЫН БОДИСЫН НЯНД ҮЙЛЧЛЭХ ИДЭВХ ТОДОРХОЙЛСОН СОРИЛТЫН
ДҮНГИЙН НЭГТГЭЛ /2023 оны 1 ээлж/**

Д/д	Код	код	Бактерийн тоог тогтоох		
			Байх ёстой үр дүн	Лабораторийн ирүүлсэн үр дүн	Үнэлгээ
Нэг. Улаанбаатар хотын лабораториуд					
1	13	20-И16	10 ¹ -10 ⁵ буюу 10-100000 ш нянгийн бие <i>Escherichia.coli</i> , <i>Salmonella enterica</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> агуулсан уусмалыг халдваргүйжүүлэв.	<i>Escherichia.coli</i> -ийн 10 ³ , 10 ⁴ ,10 ⁵ -д халдваргүйжүүлэх үйлчлэл үзүүлэв. <i>Staphylococcus aureus</i> -ийн 10 ³ , 10 ⁴ , 10 ⁵ -д халдваргүйжүүлэх үйлчлэл үзүүлэв. <i>Pseudomonas aeruginosa</i> -ийн 10 ³ , 10 ⁴ , 10 ⁵ -д халдваргүйжүүлэх үйлчлэл үзүүлэв.	Хангалттай
Хоёр . Орон нутгийн СХЗХ сорилтын лабораториуд					
2	58	20-И16	10 ¹ -10 ⁵ буюу 10-100000 ш нянгийн бие <i>Escherichia.coli</i> , <i>Salmonella enterica</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> агуулсан уусмалыг халдваргүйжүүлэв.	<i>Salmonella enterica</i> -ийн 10 ³ - 10 ⁵ -д халдваргүйжүүлэх үйлчлэл үзүүлэв. <i>Staphylococcus aureus</i> -ийн 10 ² 10 ³ , 10 ⁴ , 10 ⁵ -д халдваргүйжүүлэх үйлчлэл үзүүлэв.	Хангалттай
Гурав.Үйлдвэрийн дотоод хяналтын сорилтын лабораториуд					
3	805	20-И16	10 ¹ -10 ⁵ буюу 10-100000 ш нянгийн бие <i>Escherichia.coli</i> , <i>Salmonella enterica</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> агуулсан уусмалыг халдваргүйжүүлэв.	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> -ийн 10 ² -д тоолох боломжгүй, 10 ³ -д тоолох боломжгүй, 10 ⁴ -д 5.8*10 ⁵ - 6*10 ⁵ ариутгалын бодис нянд үйлчилсэнгүй.	Хангалтгүй
4	195	20-И16	10 ¹ -10 ⁵ буюу 10-100000 ш нянгийн бие <i>Escherichia.coli</i> , <i>Salmonella enterica</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> агуулсан уусмалыг халдваргүйжүүлэв.	<i>Escherichia.coli</i> -ийн 10 ² -д тоолох боломжгүй, 10 ³ -д тоолох боломжгүй, 10 ⁴ -д 4*10 ⁵ - 5.4*10 ⁵ ариутгалын бодис нянд үйлчилсэнгүй.	Хангалтгүй
5	201	20-И16	10 ¹ -10 ⁵ буюу 10-100000 ш нянгийн бие <i>Escherichia.coli</i> , <i>Salmonella enterica</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> агуулсан уусмалыг халдваргүйжүүлэв.	<i>Salmonella enterica</i> стандарт өсгөврийн 10 ² , 10 ³ шингжрүүлэлтийг халдваргүйжүүлэв.	Хангалттай
6	206	20-И16	10 ¹ -10 ⁵ буюу 10-100000 ш нянгийн бие <i>Escherichia.coli</i> , <i>Salmonella enterica</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> агуулсан уусмалыг халдваргүйжүүлэв.	Халваргүйжүүлэх уусмал нь <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Bacillus atrophaeus</i> нянгийн эсрэг үйлчлэх идэвхитэй байна.	Хангалттай

ХАБҮЛЛ-ийн СТӨҮТ-ийн Ур чадварын сорилтын лаборатори



САВЛАСАН УСАНД НИТРАТ (МГ/Л) ТОДОРХОЙЛСОН ДУНГИЙН НЭГТГЭЛ

/2023 оны 1 ээлж/

д/д	Лаб-ийн код	Бүтээгдэхүүний код	Үзүүлэлт		Үнэлгээ
			Нитрат (мг/л)	Z-оноо	
Нэг. Улаанбаатар хотын лаборатори					
1	10	2318-02	3.19	-0.83	Хангалттай
Хоёр. Төрийн өмчит лабораториуд					
2	51	2318-02	0.39	-12.5	Хангалтгүй
3	52	2318-02	3.21	-0.75	Хангалттай
4	66	2318-02	3.2	-1.5	Хангалттай
5	186	2318-02	3.02	-0.88	Хангалттай
6	26	2318-02	3.46	0.29	Хангалттай
7	26	2318-02	3.73	1.4	Хангалттай
8	149	2318-02	3.4	0.04	Хангалттай
9	194	3218-02	3.57	0.75	Хангалттай
10	110	2318-02	3.5	0.45	Хангалттай
11	150	2318-02	3.5	0.45	Хангалттай
12	192	2318-02	1.00	-9.9	Хангалтгүй
Гурав. Хувийн хэвслийн лабораториуд					
13	107	2318-02	0.84	-10.6	Хангалтгүй
14	78	2318-02	3.05	-1.4	Хангалттай
15	100	2318-02	3.6	0.87	Хангалттай
16	147	2318-02	0.78	-10.8	Хангалтгүй
17	160	2318-02	2.5	-3.7	Хангалтгүй
18	208	2318-02	3.75	1.26	Хангалттай
19	164	2318-02	0.005	-14.1	Хангалтгүй

ХАБҮЛЛ-ийн СТӨҮТ-ийн Ур чадварын сорилтын лаборатори



ХИМИЙН УР ЧАДВАРЫН СОРИЛТЫН УР ДҮНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГТГЭЛ

/2023 оны 1 ээлж/

Савласан усанд “Хатуулаг” (мг-экв/л) тодорхойлсон дүнгийн үнэлгээ

д/д	Лаб-ийн код	Бүтээгдэхүүний код	Үзүүлэлт		Үнэлгээ
			Хатуулаг (мг-экв/л)	Z-оноо	
Нэг. Улаанбаатар хотын лабораториуд					
1	10	2318-01	1.75	1.85	Хангалттай
2	15	2318-01	1.64	0.29	Хангалттай
Хоёр. Хувийн хэвшлийн лабораториуд					
3	68	2318-01	1.63	0.14	Хангалттай
4	53	2318-01	1.6	-0.29	Хангалттай
5	57	2318-01	1.62	0.00	Хангалттай
6	55	2318-01	1.65	0.42	Хангалттай
7	72	2318-01	1.6	-0.29	Хангалттай
8	61	2318-01	1.67	0.71	Хангалттай
9	58	2318-01	1.7	1.14	Хангалттай
10	51	2318-01	1.56	-0.86	Хангалттай
11	62	2318-01	1.75	1.85	Хангалттай
12	63	2318-01	1.65	0.42	Хангалттай
13	56	2318-01	1.67	0.71	Хангалттай
14	60	2318-01	1.6	-0.29	Хангалттай
15	59	2318-01	1.6	-0.29	Хангалттай
16	64	2318-01	1.63	0.14	Хангалттай
17	175	2318-01	1.7	1.14	Хангалттай
18	176	2318-01	1.76	2.0	Хангалттай
19	208	2318-01	1.6	-0.29	Хангалттай
20	165	2318-01	1.66	0.57	Хангалттай
21	111	2318-01	1.6	-0.29	Хангалттай
22	35	2318-01	1.62	0.00	Хангалттай
23	94	2318-01	0.86	-10.85	Хангалтгүй
24	167	2318-01	1.57	-0.71	Хангалттай
25	179	2318-01	1.58	-0.57	Хангалттай
26	182	2318-01	1.58	-0.57	Хангалттай
27	163	2318-01	1.62	0.00	Хангалттай
28	168	2318-01	1.6	-0.29	Хангалттай
29	185	2318-01	1.6	-0.29	Хангалттай
30	169	2318-01	1.6	-0.29	Хангалттай
31	166	2318-01	1.6	-0.29	Хангалттай
32	177	2318-01	1.59	-0.42	Хангалттай
33	188	2318-01	1.57	-0.71	Хангалттай
34	190	2318-01	5.78	59.4	Хангалтгүй
35	178	2318-01	1.6	-0.29	Хангалттай
36	180	2318-01	1.6	-0.29	Хангалттай
37	181	2318-01	1.5	-1.7	Хангалттай
38	186	2318-01	1.65	0.42	Хангалттай
39	191	2318-01	1.6	-0.29	Хангалттай
40	187	2318-01	1.6	-0.29	Хангалттай
41	90	2318-01	1.63	0.14	Хангалттай
42	31	2318-01	1.76	2.0	Хангалттай
43	32	2318-01	1.62	0.0	Хангалттай
44	79	2318-01	1.62	0.0	Хангалттай
45	42	2318-01	1.65	0.42	Хангалттай
46	95	2318-01	1.67	0.71	Хангалттай
47	76	2318-01	1.58	-0.57	Хангалттай
48	136	2318-01	1.63	0.14	Хангалттай
49	135	2318-01	1.59	-0.42	Хангалттай
50	112	2318-01	2.5	12.5	Хангалтгүй
51	82	2318-01	1.69	1.0	Хангалттай
52	156	2318-01	1.76	2.0	Хангалттай
53	41	2318-01	1.6	-0.29	Хангалттай

54	130	2318-01	1.58	-0.57	Хангалттай
55	113	2318-01	1.6	-0.29	Хангалттай
56	80	2318-01	1.55	-1.0	Хангалттай
57	86	2318-01	1.59	-0.42	Хангалттай
58	85	2318-01	1.7	1.14	Хангалттай
59	81	2318-01	1.55	-1.0	Хангалттай
60	84	2318-01	1.7	1.14	Хангалттай
61	78	2318-01	1.2	-6.0	Хангалтгүй
62	08	2318-01	1.6	-0.29	Хангалттай
63	73	2318-01	1.66	0.57	Хангалттай
64	74	2318-01	1.6	-0.29	Хангалттай
65	193	2318-01	1.7	1.14	Хангалттай
66	121	2318-01	1.7	1.14	Хангалттай
67	155	2318-01	1.73	1.57	Хангалттай
68	124	2318-01	1.63	0.14	Хангалттай
69	40	2318-01	1.73	1.57	Хангалттай
70	154	2318-01	0.003	-23.1	Хангалтгүй
71	198	2318-01	1.58	-0.57	Хангалттай
72	213	2318-01	1.62	0.00	Хангалттай
73	152	2318-01	1.4	3.1	Хангалтгүй
74	173	2318-01	1.6	-0.29	Хангалттай
75	75	2318-01	1.76	2.0	Хангалттай
76	122	2318-01	1.56	-0.85	Хангалттай
77	127	2318-01	1.65	0.42	Хангалттай
78	129	2318-01	1.6	-0.29	Хангалттай
79	125	2318-01	1.68	0.85	Хангалттай
80	131	2318-01	1.6	-0.29	Хангалттай
81	126	2318-01	1.68	0.85	Хангалттай
82	128	2318-01	1.6	-0.29	Хангалттай
83	83	2318-01	1.605	-0.21	Хангалттай
84	89	2318-01	1.67	0.71	Хангалттай
85	117	2318-01	1.64	0.28	Хангалттай
86	102	2318-01	0.86	-10.85	Хангалтгүй
87	101	2318-01	1.57	-0.71	Хангалттай
88	104	2318-01	1.6	-0.29	Хангалттай
89	142	2318-01	1.1	-7.4	Хангалтгүй
90	108	2318-01	1.7	1.1	Хангалттай
91	96	2318-01	1.6	-0.29	Хангалттай
92	153	2318-01	1.6	-0.29	Хангалттай

ХАБҮҮЛ-ийн СТОУТ-ийн Ур чадварын сорилтын лаборатори



АРИУТГАЛЫН БОДИСТ ХЛОРЫН ИДЭВХ (%) ТОДОРХОЙЛСОН ДҮНГИЙН НЭГТГЭЛ
/2023 оны 1 ээлж/

д/д	Лаб-ийн код	Бүтээгдэхүүний код	Үзүүлэлт		Үнэлгээ
			Хлорын идэвх (%)	Z-оноо	
Нэг. Улаанбаатар хотын лаборатори					
1	10	2318-03	38.62	-0.73	Хангалттай
Хоёр. Орон нутгийн СХЗХ-ийн сорилтын лабораториуд					
2	54	2318-03	39.0	1.13	Хангалттай
3	60	2318-03	38.0	-0.16	Хангалттай
4	58	2318-03	38.7	0.84	Хангалттай
5	51	2318-03	39.14	1.27	Хангалттай
6	72	2318-03	39.16	1.36	Хангалттай
7	69	2318-03	35.0	-4.5	Хангалтгүй
8	65	2318-03	38.5	0.65	Хангалттай
9	62	2318-03	37.3	-0.5	Хангалттай
10	50	2318-03	39.14	1.27	Хангалттай
11	59	2318-03	37.04	-0.76	Хангалттай
12	64	2318-03	31.9	-8.65	Хангалтгүй
13	52	2318-03	40.3	1.86	Хангалттай
Гурав. Төрийн өмчит болон хувийн хэвшлийн лабораториуд					
14	103	2318-03	40.1	1.62	Хангалттай
15	111	2318-02	30.3	-10.1	Хангалтгүй
16	113	2318-03	40.1	1.62	Хангалттай
17	150	2318-03	41.2	2.95	Эргэлзээтэй
18	70	2318-03	37.44	-1.57	Хангалттай

ХАБҮЛЛ-ийн **СТЭҮТ**-ийн Ур чадварын сорилтын лаборатори



УРГАМЛЫН ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХОРИО ЦЭЭРИЙН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮНГИЙН

НЭГТГЭЛ /2023 оны 1 ээлж/

Үрийн хошуу тарианы соёлолтыг тодорхойлох

Нэгдсэн дугаар	Лабораторийн код	Дээж	Үрийн хошуу тарианы соёлолтыг тодорхойлох			Үнэлгээ
		Соёлолт	Байх ёстой үр дүн	Бүтээгдэхүүний код	Лабораторийн ирүүлсэн үр дүн	
Нэг. Орон нутгийн СХЗХ сорилтын лабораториуд						
1	50	√	98.3	23-ХЦ16	99	Хангалттай
2	51	√	98.3	23-ХЦ16	99.25	Хангалттай
3	53	√	98.3	23-ХЦ16	100	Хангалттай
4	54	√	98.3	23-ХЦ16	99	Хангалттай
5	55	√	98.3	23-ХЦ16	96	Хангалттай
6	56	√	98.3	23-ХЦ16	98	Хангалттай
7	58	√	98.3	23-ХЦ16	97	Хангалттай
8	59	√	98.3	23-ХЦ16	96	Хангалттай
9	60	√	98.3	23-ХЦ16	98	Хангалттай
10	63	√	98.3	23-ХЦ16	98	Хангалттай
11	64	√	98.3	23-ХЦ16	97	Хангалттай
12	65	√	98.3	23-ХЦ16	98	Хангалттай
13	66	√	98.3	23-ХЦ16	97	Хангалттай
14	68	√	98.3	23-ХЦ16	99	Хангалттай
15	69	√	98.3	23-ХЦ16	98.75	Хангалттай
16	72	√	98.3	23-ХЦ16	98	Хангалттай
Хоёр. Төрийн болон хувийн өмчит оролцогч лабораториуд						
17	214	√	98.3	23-ХЦ16	99.2	Хангалттай
18	107	√	98.3	23-ХЦ16	98	Хангалттай
19	148	√	98.3	23-ХЦ16	98	Хангалттай
20	70	√	98.3	23-ХЦ16	96	Хангалттай

ХАБУЛЛ-ийн СТЭҮГ-ийн Ур чадварын сорилтын лаборатори

