

МИКРОБИОЛОГИЙН УР ЧАДВАРЫН СОРИЛТЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГТГЭЛ

/2024 оны 1 ээлж/

Халдварлуулсан бактери илрүүлэх сорилтын үр дүнгийн үнэлгээ

Нэгдсэн дугаар	Лабораторийн код	Дээж						Халдварлуулсан бактери илрүүлэх			
		Нөөшилсэн махан бүтээгдэхүүн	Кофе	Цөцгийн тос	Ундаа	Хүүхдийн тэжээл	Хуурай өндөг	Байх ёстой үр дүн	Бүтээгдэхүүний код	Лабораторийн ирүүлсэн үр дүн	Үнэлгээ
Нэг. Төрийн байгууллагын лабораториуд											
1	10		√				<i>Escherichia coli O157</i>	24-A4320	Илрээгүй	Хангалттай	
								24-B4320	Илэрсэн		
2	09	√					<i>Escherichia coli</i>	24-A2220	Илрээгүй	Хангалттай	
								24-B2220	Илэрсэн		
3	11		√				<i>Salmonella enterica</i>	24-A1420	Илэрсэн	Хангалттай	
								24-B1420	Илрээгүй		
4	12				√		<i>Salmonella enterica</i>	24-A1420	Илрээгүй	Хангалтгүй	
								24-B1420	Илэрсэн		
5	15				√		<i>Escherichia coli O157</i>	24-A4320	Илэрсэн	Хангалттай	
								24-B4320	Илрээгүй		
6	21			√			<i>Escherichia coli</i>	24-A2220	Илэрсэн	Хангалттай	
								24-B2220	Илрээгүй		
7	23		√				<i>Salmonella enterica</i>	24-A1420	Илрээгүй	Хангалттай	
								24-B1420	Илэрсэн		
8	25	√					<i>Escherichia coli</i>	24-A2220	Илрээгүй	Хангалттай	
								24-B2220	Илэрсэн		
9	26				√		<i>Escherichia coli O157</i>	24-A4320	Илэрсэн	Хангалттай	
								24-B4320	Илрээгүй		
10	28				√		<i>Escherichia coli O157</i>	24-A4320	Илэрсэн	Хангалттай	
								24-B4320	Илрээгүй		
11	30					√	<i>Staphylococcus aureus</i>	24-A2520	Илэрсэн	Хангалттай	
								24-B2520	Илрээгүй		
12	31		√				<i>Salmonella enterica</i>	24-A1420	Илэрсэн	Хангалттай	
								24-B1420	Илрээгүй		
13	32			√			<i>Listeria monocytogenes</i>	24-A1920	Илэрсэн	Хангалттай	
								24-B1920	Илрээгүй		
	33		√				<i>Salmonella enterica</i>	24-A1420	Илрээгүй	Хангалттай	
								24-B1420	Илэрсэн		
14	34				√		<i>Escherichia coli O157</i>	24-A4320	Илрээгүй	Хангалттай	
								24-B4320	Илэрсэн		
15	151			√			<i>Listeria monocytogenes</i>	24-A1920	Илрээгүй	Хангалттай	
								24-B1920	Илэрсэн		
16	90			√			<i>Listeria monocytogenes</i>	24-A1920	Илрээгүй	Хангалттай	
								24-B1920	Илэрсэн		
17	196			√			<i>Listeria monocytogenes</i>	24-A1920	-	Оролцох боломжгүй	
								24-B1920			
18	110				√		<i>Escherichia coli O157</i>	24-A4320	Илэрсэн	Хангалттай	
								24-B4320	Илрээгүй		
19	150	√					<i>Escherichia coli</i>	24-A2220	Илэрсэн	Хангалттай	
								24-B2220	Илрээгүй		
20	192	√					<i>Escherichia coli</i>	24-A2220	Илрээгүй	Хангалттай	
								24-B2220	Илэрсэн		
21	70				√		<i>Escherichia coli O157</i>	24-A4320	Илэрсэн	Хангалттай	
								24-B4320	Илрээгүй		
22	71			√			<i>Listeria monocytogenes</i>	24-A1920	Илэрсэн	Хангалттай	
								24-B1920	Илрээгүй		
Хоёр. Орон нутгийн СХЗХ сорилтын лабораториуд											
23	50			√			<i>Listeria monocytogenes</i>	24-A1920	Илэрсэн	Хангалттай	
								24-B1920	Илрээгүй		
24	51	√					<i>Escherichia coli</i>	24-A2220	Илрээгүй	Хангалттай	

									24-B2220	Илэрсэн	
25	52				√			<i>Escherichia coli O157</i>	24-A4320	Илэрсэн	Хангалттай
									24-B4320	Илрээгүй	
26	53		√					<i>Salmonella enterica</i>	24-A1420	Илрээгүй	Хангалттай
									24-B1420	Илэрсэн	
27	54		√					<i>Salmonella enterica</i>	24-A1420	Илэрсэн	Хангалттай
									24-B1420	Илрээгүй	
28	55					√		<i>Staphylococcus aureus</i>	24-A2520	Илэрсэн	Хангалттай
									24-B2520	Илрээгүй	
29	56		√					<i>Salmonella enterica</i>	24-A1420	Илрээгүй	Хангалттай
									24-B1420	Илэрсэн	
30	58					√		<i>Staphylococcus aureus</i>	24-A2520	Илрээгүй	Хангалттай
									24-B2520	Илэрсэн	
31	59						√	<i>Bacillus cereus</i>	24-A1120	Илрээгүй	Хангалттай
									24-B1120	Илэрсэн	
32	60					√		<i>Escherichia coli O157</i>	24-A4320	Илрээгүй	Хангалттай
									24-B4320	Илэрсэн	
33	61	√						<i>Listeria monocytogenes</i>	24-A1920	Илэрсэн	Хангалттай
									24-B1920	Илрээгүй	
34	62			√				<i>Listeria monocytogenes</i>	24-A1920	Илрээгүй	Хангалттай
									24-B1920	Илэрсэн	
35	64		√					<i>Salmonella enterica</i>	24-A1420	Илэрсэн	Хангалттай
									24-B1420	Илрээгүй	
36	65		√					<i>Salmonella enterica</i>	24-A1420	Илрээгүй	Хангалттай
									24-B1420	Илэрсэн	
37	66	√						<i>Staphylococcus aureus</i>	24-A2520	Илэрсэн	Хангалттай
									24-B2520	Илрээгүй	
38	68					√		<i>Staphylococcus aureus</i>	24-A2520	Илрээгүй	Хангалттай
									24-B2520	Илэрсэн	
39	09	√						<i>Escherichia coli</i>	24-A2220	Илэрсэн	Хангалтгүй
									24-B2220	Илрээгүй	
Гурав. Үйлдвэрийн дотоод хяналтын сорилтын лабораториуд											
40	40	√						<i>Escherichia coli</i>	24-A2220	Илрээгүй	Хангалттай
									24-B2220	Илэрсэн	
41	41					√		<i>Staphylococcus aureus</i>	24-A2520	Илрээгүй	Хангалттай
									24-B2520	Илэрсэн	
42	42					√		<i>Escherichia coli O157</i>	24-A4320	Илрээгүй	Хангалттай
									24-B4320	Илэрсэн	
43	124					√		<i>Escherichia coli O157</i>	24-A4320	Илрээгүй	Хангалттай
									24-B4320	Илэрсэн	
44	156		√					<i>Salmonella enterica</i>	24-A1420	Илэрсэн	Хангалттай
									24-B1420	Илрээгүй	
45	160						√	<i>Bacillus cereus</i>	24-A1120	Илрээгүй	Хангалттай
									24-B1120	Илэрсэн	
46	111			√				<i>Escherichia coli</i>	24-A2220	Илэрсэн	Хангалтгүй
									24-B2220	Илрээгүй	
47	198						√	<i>Bacillus cereus</i>	24-A1120	Илрээгүй	Хангалтгүй
									24-B1120	Илэрсэн	
48	73					√		<i>Escherichia coli O157</i>	24-A4320	Илрээгүй	Хангалттай
									24-B4320	Илэрсэн	
49	74			√				<i>Listeria monocytogenes</i>	24-A1920	Илэрсэн	Хангалтгүй
									24-B1920	Илрээгүй	
50	75						√	<i>Staphylococcus aureus</i>	24-A2520	Илэрсэн	Хангалттай
									24-B2520	Илрээгүй	
51	76					√		<i>Escherichia coli O157</i>	24-A4320	Илрээгүй	Хангалттай
									24-B4320	Илэрсэн	
52	77						√	<i>Staphylococcus aureus</i>	24-A2520	Илрээгүй	Хангалттай
									24-B2520	Илэрсэн	
53	78	√						<i>Escherichia coli</i>	24-A2220	Илэрсэн	Хангалттай
									24-B2220	Илрээгүй	
54	79						√	<i>Bacillus cereus</i>	24-A1120	Илэрсэн	Хангалттай
									24-B1120	Илрээгүй	
55	80						√	<i>Staphylococcus aureus</i>	24-A2520	Илэрсэн	Хангалттай

								24-B2520	Илрээгүй	
56	81			√				<i>Listeria monocytogenes</i>	24-A1920 Илэрсэн	Хангалттай
								24-B1920	Илрээгүй	
57	82					√		<i>Staphylococcus aureus</i>	24-A2520 Илрээгүй	Оролцох боломжгүй
								24-B2520	-	
58	83	√						<i>Escherichia coli</i>	24-A2220 Илрээгүй	Хангалттай
								24-B2220	Илэрсэн	
59	84					√		<i>Escherichia coli O157</i>	24-A4320 Илрээгүй	Хариу ирүүлээгүй
								24-B4320	-	
60	94		√					<i>Salmonella enterica</i>	24-A1420 Илэрсэн	Хангалттай
								24-B1420	Илрээгүй	
61	95					√		<i>Staphylococcus aureus</i>	24-A2520 Илрээгүй	Хангалттай
								24-B2520	Илэрсэн	
62	08 a		√					<i>Salmonella enterica</i>	24-A1420 Илрээгүй	Хангалттай
								24-B1420	Илэрсэн	
63	08 b							<i>Listeria monocytogenes</i>	24-A1920 Илэрсэн	Хангалттай
								24-B1920	Илэрсэн	
64	164	√						<i>Escherichia coli</i>	24-A2220 Илэрсэн	Хангалттай
								24-B2220	Илрээгүй	
65	113					√		<i>Staphylococcus aureus</i>	24-A2520 Илрээгүй	Хангалттай
								24-B2520	Илэрсэн	
66	107					√		<i>Escherichia coli O157</i>	24-A4320 Илрээгүй	Хангалтгүй
								24-B4320	Илрээгүй	
67	112					√		<i>Staphylococcus aureus</i>	24-A2520 Илрээгүй	Хангалттай
								24-B2520	Илэрсэн	
68	116			√				<i>Listeria monocytogenes</i>	24-A1920 Илэрсэн	Хангалттай
								24-B1920	Илрээгүй	
69	119	√						<i>Escherichia coli</i>	24-A2220 Илрээгүй	Хангалттай
								24-B2220	Илэрсэн	
70	121					√		<i>Escherichia coli O157</i>	24-A4320 Илэрсэн	Хангалттай
								24-B4320	Илрээгүй	
71	135					√		<i>Staphylococcus aureus</i>	24-A2520 Илэрсэн	Хангалттай
								24-B2520	Илрээгүй	
72	152		√					<i>Salmonella enterica</i>	24-A1420 Илрээгүй	Оролцох боломжгүй
								24-B1420	-	
73	146	√						<i>Escherichia coli</i>	24-A2220 Илэрсэн	Хангалттай
								24-B2220	Илрээгүй	
74	154					√		<i>Escherichia coli O157</i>	24-A4320 Илрээгүй	Хангалтгүй
								24-B4320	Илэрсэн	
75	155			√				<i>Listeria monocytogenes</i>	24-A1920 Илэрсэн	Хангалттай
								24-B1920	Илрээгүй	
76	173					√		<i>Escherichia coli O157</i>	24-A4320 Илрээгүй	Хангалттай
								24-B4320	Илэрсэн	
77	207					√		<i>Escherichia coli O157</i>	24-A4320 Илрээгүй	Хангалттай
								24-B4320	Илэрсэн	
78	158					√		<i>Staphylococcus aureus</i>	24-A2520 Илрээгүй	Хангалттай
								24-B2520	Илэрсэн	
79	161					√		<i>Staphylococcus aureus</i>	24-A2520 Илэрсэн	Хангалттай
								24-B2520	Илрээгүй	
80	193			√				<i>Listeria monocytogenes</i>	24-A1920 Илэрсэн	Хангалттай
								24-B1920	Илрээгүй	
81	199			√				<i>Listeria monocytogenes</i>	24-A1920 Илэрсэн	Хангалттай
								24-B1920	Илэрсэн	
82	195	√						<i>Escherichia coli</i>	24-A2220 Илэрсэн	Хангалттай
								24-B2220	Илрээгүй	
83	202		√					<i>Salmonella enterica</i>	24-A1420 Илэрсэн	Хангалттай
								24-B1420	Илрээгүй	
84	218	√						<i>Escherichia coli</i>	24-A2220 Илэрсэн	Хангалттай
								24-B2220	Илрээгүй	
85	217	√						<i>Escherichia coli</i>	24-A2220 Илрээгүй	Хангалттай
								24-B2220	Илэрсэн	
Дөрөв. Эмийн үйлдвэрийн дотоод хяналтын лабораториуд										
86	100		√					<i>Salmonella enterica</i>	24-A1420 Илэрсэн	Хангалттай
								24-B1420	Илрээгүй	
87	102		√					<i>Salmonella enterica</i>	24-A1420 Илэрсэн	Хангалттай

									24-B1420	Илрээгүй	
88	103					√		<i>Staphylococcus aureus</i>	24-A2520	Илэрсэн	Хангалттай
									24-B2520	Илрээгүй	
89	104					√		<i>Staphylococcus aureus</i>	24-A2520	Илрээгүй	Хангалттай
									24-B2520	Илэрсэн	
90	142					√		<i>Staphylococcus aureus</i>	24-A2520	Илрээгүй	Хангалттай
									24-B2520	Илэрсэн	
91	143							<i>Staphylococcus aureus</i>	24-A2520	Илэрсэн	Хангалттай
									24-B2520	Илрээгүй	
92	108					√		<i>Staphylococcus aureus</i>	24-A2520	Илэрсэн	Хангалттай
									24-B2520	Илрээгүй	
93	157		√					<i>Salmonella enterica</i>	24-A1420	Илрээгүй	Хангалттай
									24-B1420	Илэрсэн	
94	101		√					<i>Salmonella enterica</i>	24-A1420	Илэрсэн	Хангалтгүй
									24-B1420	Илрээгүй	
95	201	√						<i>Escherichia coli</i>	24-A2220	Илрээгүй	Хангалттай
									24-B2220	Илэрсэн	
Тав. Мал эмнэлэг, ариун цэврийн лабораторийн сүлжээ											
96	801					√		<i>Escherichia coli O157</i>	24-A4320	Илрээгүй	Хангалтгүй
									24-B4320	Илэрсэн	
97	802	√				√		<i>Staphylococcus aureus</i>	24-A2520	Илрээгүй	Хангалттай
								<i>Salmonella enterica</i>	24-A1420	Илэрсэн	
									24-B1420	Илрээгүй	
98	803	√		√				<i>Escherichia coli</i>	24-A2220	Илрээгүй	Хангалттай
									24-B2220	Илэрсэн	
								<i>Listeria monocytogenes</i>	24-A1920	Илэрсэн	Хангалттай
									24-B1920	Илэрсэн	
99	815		√					<i>Salmonella enterica</i>	24-A1420	Илэрсэн	Хангалттай
									24-B1420	Илрээгүй	
100	804	√	√					<i>Listeria monocytogenes</i>	24-A1920	Илрээгүй	Хангалттай
									24-B1920	Илэрсэн	
								<i>Salmonella enterica</i>	24-A1420	Илэрсэн	Хангалттай
									24-B1420	Илрээгүй	
101	805					√	√	<i>Escherichia coli O157</i>	24-A4320	Илрээгүй	Хангалттай
									24-B4320	Илэрсэн	
								<i>Staphylococcus aureus</i>	24-A2520	Илрээгүй	Хангалттай
									24-B2520	Илэрсэн	
102	806			√		√		<i>Staphylococcus aureus</i>	24-A2520	Илрээгүй	Хангалттай
									24-B2520	Илэрсэн	
								<i>Escherichia coli O157</i>	24-A4320	Илэрсэн	Эргэлзээтэй
									24-B4320	Илэрсэн	
103	807						√	<i>Escherichia coli</i>	24-A2220	Илэрсэн	Эргэлзээтэй
									24-B2220	Илэрсэн	
104	808	√	√					<i>Salmonella enterica</i>	24-A1420	Илэрсэн	Хангалттай
									24-B1420	Илрээгүй	
								<i>Listeria monocytogenes</i>	24-A1920	Илэрсэн	Хангалттай
									24-B1920	Илрээгүй	
105	809			√	√			<i>Listeria monocytogenes</i>	24-A1920	Илэрсэн	Хангалттай
									24-B1920	Илрээгүй	
								<i>Escherichia coli O157</i>	24-A4320	Илрээгүй	Хангалттай
									24-B4320	Илэрсэн	
106	810					√	√	<i>Escherichia coli O157</i>	24-A4320	Илрээгүй	Хангалттай
									24-B4320	Илэрсэн	
								<i>Staphylococcus aureus</i>	24-A2520	Илрээгүй	Хангалттай
									24-B2520	Илэрсэн	
107	811	√						<i>Staphylococcus aureus</i>	24-A2520	Илэрсэн	Хангалттай
									24-B2520	Илрээгүй	
								<i>Escherichia coli</i>	24-A2220	Илрээгүй	Хангалттай
									24-B2220	Илэрсэн	
108	812	√						<i>Escherichia coli</i>	24-A2220	Илэрсэн	Эргэлзээтэй
									24-B2220	Илэрсэн	
109	813		√				√	<i>Salmonella enterica</i>	24-A1420	Илэрсэн	Хангалттай
									24-B1420	Илрээгүй	
								<i>Escherichia coli O157</i>	24-A4320	Илрээгүй	Хангалттай
									24-B4320	Илэрсэн	

110	212	√		√				<i>Listeria monocytogenes</i>	24-A1920	-	Хариу ирүүлээгүй
									24-B1920		
								<i>Escherichia coli</i>	24-A2220	-	Хариу ирүүлээгүй
									24-B2220		
111	814				√			<i>Escherichia coli O157</i>	24-A4320	-	Хариу ирүүлээгүй
									24-B4320		
112	816					√		<i>Staphylococcus aureus</i>	24-A2520	Илрээгүй	Хангалттай
									24-B2520	Илэрсэн	
								<i>Escherichia coli O157</i>	24-A4320	Илэрсэн	Хангалттай
									24-B4320	Илрээгүй	
113	817	√						<i>Escherichia coli</i>	24-A2220	Илэрсэн	Хангалттай
									24-B2220	Илрээгүй	
114	818		√					<i>Salmonella enterica</i>	24-A1420	Илрээгүй	Хангалттай
									24-B1420	Илэрсэн	
								<i>Staphylococcus aureus</i>	24-A2520	Илэрсэн	Эргэлзээтэй
									24-B2520	Илэрсэн	
115	819			√				<i>Listeria monocytogenes</i>	24-A1920	Илэрсэн	Хангалттай
									24-B1920	Илэрсэн	
								<i>Staphylococcus aureus</i>	24-A2520	Илрээгүй	Хангалттай
									24-B2520	Илэрсэн	
116	820		√					<i>Salmonella enterica</i>	24-A1420	Илрээгүй	Хангалттай
									24-B1420	Илэрсэн	
								<i>Staphylococcus aureus</i>	24-A2520	Илэрсэн	Хангалттай
									24-B2520	Илрээгүй	
117	106				√			<i>Escherichia coli O157</i>	24-A4320	Илрээгүй	Хангалттай
									24-B4320	Илэрсэн	
118	106a	√						<i>Escherichia coli</i>	24-A2220	Илэрсэн	Хангалттай
									24-B2220	Илрээгүй	
119	105						√	<i>Listeria monocytogenes</i>	24-A1920	Илэрсэн	Хангалттай
									24-B1920	Илрээгүй	
120	176		√					<i>Salmonella enterica</i>	24-A1420	Илэрсэн	Хангалттай
									24-B1420	Илрээгүй	
									24-A2520	Илэрсэн	
121	162						√	<i>Staphylococcus aureus</i>	24-B2520	Илрээгүй	Хангалттай
									24-A1920	Илэрсэн	
122	204			√				<i>Listeria monocytogenes</i>	24-B1920	Илэрсэн	Хангалттай
									24-A1920	Илэрсэн	
123	205				√			<i>Escherichia coli O157</i>	24-A4320	Илэрсэн	Хангалттай
									24-B4320	Илрээгүй	
124	200							<i>Salmonella enterica</i>	24-A1420	Илэрсэн	Хангалттай
									24-B1420	Илрээгүй	
									24-A2520	Илрээгүй	
125	210					√		<i>Staphylococcus aureus</i>	24-B2520	Илэрсэн	Хангалттай
									24-A1420	Илэрсэн	
126	211		√					<i>Salmonella enterica</i>	24-B1420	Илрээгүй	Хангалттай
									24-A2520	Илэрсэн	
127	215					√		<i>Staphylococcus aureus</i>	24-B2520	Илрээгүй	Хангалттай
									24-A1120	Илрээгүй	
128	118						√	<i>Bacillus cereus</i>	24-B1120	Илэрсэн	Хангалттай
									24-A1120	Илрээгүй	

ХАБҮҮЛ-ийн СТӨҮТ-ийн Ур чадварын сорилтын лаборатори



МИКРОБИОЛОГИЙН УР ЧАДВАРЫН СОРИЛТЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГТГЭЛ

/2024 оны 1 ээлж/

Бактерийн *Pseudomonas aeruginosa* /ATCC 15442/ ерөнхий тоог тоолсон үр дүнгийн үнэлгээ

Д/д	Лабораторийн код	Бүтээгдэхүүний код	Бактерийн тоог тогтоох			
			Байх ёстой үр дүн /тоо тоолох/	Лабораторийн ирүүлсэн үр дүн, <i>log</i> утга	Z оноо	Хариу
1	10	24-T1517	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> -ийн тоог тоолох <i>log</i> 8.04	7.4	-1.20	Хангалттай
2	09	24-T1517		7.14	-1.68	Хангалттай
3	11	24-T1517		7.2	-1.57	Хангалттай
4	13	24-T1517		7.5	-1.01	Хангалттай
5	14	24-T1517		7.4	-1.20	Хангалттай
6	61	24-T1517		7.6	-0.82	Хангалттай
7	72	24-T1517		6.68	-2.54	Эргэлзээтэй
8	64	24-T1517		7.9	-0.26	Хангалттай
9	86	24-T1517		6.25	-3.34	Хангалтгүй
10	95	24-T1517		4.55	-6.51	Хангалтгүй
11	146	24-T1517		7.4	-1.20	Хангалттай
12	173	24-T1517		9.66	3.01	Хангалтгүй
13	217	24-T1517		9.07	1.92	Хангалттай
14	801	24-T1517		9.66	3.01	Хангалтгүй
15	815	24-T1517		8.24	0.37	Хангалттай
16	807	24-T1517		7.93	-0.21	Хангалттай
17	812	24-T1517		7.6	-0.82	Хангалттай
18	814	24-T1517		-	-	Хариу ирүүлээгүй
19	817	24-T1517		8.52	0.89	Хангалттай
20	211	24-T1517		7.02	-1.90	Хангалттай

ХАБҮЛЛ-ийн СТЭҮГ-ийн Ур чадварын сорилтын лаборатори



МИКРОБИОЛОГИЙН УР ЧАДВАРЫН СОРИЛТЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГТГЭЛ

/2024 оны 1 ээлж/

Хөгц мөөгөнцрийн тоог *Penicillium rubens* /ATCC9179/ тоолсон үр дүнгийн үнэлгээ

Д/д	Лабораторийн код	Бүтээгдэхүүний код	Бактерийн тоог тогтоох			
			Байх ёстой үр дүн	Лабораторийн ирүүлсэн үр дүн, <i>log</i> утга	Z оноо	Хариу
Нэг. Улаанбаатар хотын лабораториуд						
Хөгц мөөгөнцрийн <i>Penicillium rubens</i> /ATCC 9179/ тоог тоолсон дүн /Стандарт хазайлт 0.429/						
1	12	24-T9117	<i>Penicillium rubens</i> -ийн тоог тоолох <i>log</i> 5.03	5.28	0.56	Хангалттай
2	15	24-T9117		5.09	0.12	Хангалттай
3	21	24-T9117		5.27	0.54	Хангалттай
4	23	24-T9117		5.1	0.14	Хангалттай
5	50	24-T9117		4.9	-0.32	Хангалттай
6	54	24-T9117		4.69	-0.81	Хангалттай
8	57	24-T9117		5.02	-0.04	Хангалттай
9	66	24-T9117		5.68	1.50	Хангалттай
10	73	24-T9117		4.99	-0.11	Хангалттай
11	76	24-T9117		5.19	0.35	Хангалттай
12	89	24-T9117		5.37	0.77	Хангалттай
13	08	24-T9117		5.02	-0.04	Хангалттай
14	119	24-T9117		4.6	-1.02	Хангалттай
15	136	24-T9117		4.67	-0.86	Хангалттай
16	207	24-T9117		5.31	0.63	Хангалттай
17	209	24-T9117		6.01	2.27	Эргэлзээтэй

ХАБҮҮЛЭГЧИЙН СТАНДАРТЧИЛАЛТЫН УР ЧАДВАРЫН СОРИЛТЫН ЛАБОРАТОРИ



**ТАРИМАЛ УРГАМЛЫН ҮР, ХОРИО ЦЭЭРИЙН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН
ДҮНГИЙН НЭГТГЭЛ /2024 оны 1 ээлж/**

Д/д	Лабораторийн код	Дээж Хогт болон тарианы хольц	Хогт болон тарианы хольц тодорхойлох			Үнэлгээ
			Байх ёстой үр дүн	Бүтээгдэхүүний код	Лабораторийн ирүүлсэн үр дүн	
Нэг. Орон нутаг дахь СХЗХ-ийн сорилтын лабораториуд						
1	50	√	Арвай-120ш, хүрэн манжингийн үр-40ш, лууль-60ш, чөдөр тарна-140ш	24-ХЦ17	Бусад таримал ургамлын үр 1кг-д- Арвай /Hordeum vulgare/ - 120ш Хүрэн манжин /Beta vulgaris/ - 40ш Хог ургамлын үр 1кг-д Цагаан лууль /Chenopodium album/ - 60ш Чөдөр тарна /Polygonum convolvulus/ - 140ш	Хангалттай
2	51	√	Арвай-120ш, хүрэн манжингийн үр-40ш, лууль-60ш, чөдөр тарна-140ш	24-ХЦ17	Хүрэн манжин- 40, Арвай -120, лууль- 60, чөдөр тарна-140	Хангалттай
3	54	√	Арвай-120ш, хүрэн манжингийн үр-40ш, лууль-60ш, чөдөр тарна-140ш	24-ХЦ17	Чөдөр тарна-140ш Лууль-60ш, Арвай-120ш, хүрэн манжингийн үр-40ш,	Хангалттай
4	55	√	Арвай-120ш, хүрэн манжингийн үр-40ш, лууль-60ш, чөдөр тарна-140ш	24-ХЦ17	Чөдөр тарна-140ш, Лууль-60ш, Арвай-120ш, хүрэн манжингийн үр-40ш,	Хангалттай
5	58	√	Арвай-120ш, хүрэн манжингийн үр-40ш, лууль-60ш, чөдөр тарна-140ш	24-ХЦ17	Чөдөр тарна-140ш, Лууль-60ш, Арвай-120ш, хүрэн манжингийн үр-40ш,	Хангалттай
6	59	√	Арвай-120ш, хүрэн манжингийн үр-40ш, лууль-60ш, чөдөр тарна-140ш	24-ХЦ17	Чөдөр тарна-140ш, Лууль-60ш, Арвай-120ш, хүрэн манжингийн үр-40ш,	Хангалттай
7	60	√	Арвай-120ш, хүрэн манжингийн үр-40ш, лууль-60ш, чөдөр тарна-140ш	24-ХЦ17	Арвай-120ш, хүрэн манжингийн үр-40ш, лууль-60ш, чөдөр тарна-140ш	Хангалттай
8	63	√	Арвай-120ш, хүрэн манжингийн үр-40ш, лууль-60ш, чөдөр тарна-140ш	24-ХЦ17	Чөдөр тарна-140ш, Лууль-60ш, Арвай-120ш, хүрэн манжингийн үр-40ш,	Хангалттай
9	64	√	Арвай-120ш, хүрэн манжингийн үр-40ш, лууль-60ш, чөдөр тарна-140ш	24-ХЦ17	Чөдөр тарна-140ш, Лууль-60ш, Арвай-120ш, хүрэн манжингийн үр-40ш,	Хангалттай
10	65	√	Арвай-120ш, хүрэн манжингийн үр-40ш, лууль-60ш, чөдөр тарна-140ш	24-ХЦ17	Чөдөр тарна-140ш, Цагаан лууль-60ш, Арвай-120ш, хүрэн манжингийн үр-40ш,	Хангалттай
11	66	√	Арвай-120ш, хүрэн манжингийн үр-40ш, лууль-60ш, чөдөр тарна-140ш	24-ХЦ17	Чөдөр тарна-140ш, Лууль-60ш, Арвай-120ш, хүрэн манжингийн үр-40ш,	Хангалттай
12	68	√	Арвай-120ш, хүрэн манжингийн үр-40ш, лууль-60ш, чөдөр тарна-140ш	24-ХЦ17	Хүрэн манжин- 40, Арвай -120, лууль- 60, чөдөр тарна-120	Хангалттай
13	69	√	Арвай-120ш, хүрэн манжингийн үр-40ш, лууль-60ш, чөдөр тарна-140ш	24-ХЦ17	1. /Polygonum convolvulus L/ - Чөдөр тарна бш илэрсэн. 1 кг-д хог ургамлын үр ширхгээр: х=120ш 2. /Chenopodium album L/ - Цагаан лууль 3ш илэрсэн. 1 кг-д хог ургамлын үр ширхгээр: х=60ш 3. /Beta vulgaris/ - Хүрэн манжингийн үр 2ш илэрсэн. 1 кг-д бусад таримал ургамлын үр ширхгээр: х=40ш 4. Арвай бш илэрсэн. 1 кг-д бусад таримал ургамлын үр ширхгээр: х= 120ш	Хангалттай

14	57	√	Арвай-120ш, хүрэн манжингийн үр-40ш, лууль-60ш, чөдөр тарна-140ш	24-ХЦ17	1 кг-д хүрэн манжин-20 1 кг-д арвай -60	Эргэлзээтэй
15	72	√	Арвай-120ш, хүрэн манжингийн үр-40ш, лууль-60ш, чөдөр тарна-140ш	24-ХЦ17	Хүрэн манжин- 40, Арвай -120, лууль- 60, чөдөр тарна-120	Хангалттай
16	09	√	Арвай-120ш, хүрэн манжингийн үр-40ш, лууль-60ш, чөдөр тарна-140ш	24-ХЦ17	Хүрэн манжин- 40,	Хангалттай
					Чөдөр тарна-260ш, лууль-60ш, тарианы хар будаа-40ш	Эргэлзээтэй
Хоёр. Төрийн болон хувийн өмчит оролцогч лабораториуд						
17	70	√	Арвай-120ш, хүрэн манжингийн үр-40ш, лууль-60ш, чөдөр тарна-140ш	24-ХЦ17	Чөдөр тарна-140ш Арвай-120ш, хүрэн манжингийн үр 40ш	Хангалттай
18	71	√	Арвай-120ш, хүрэн манжингийн үр-40ш, лууль-60ш, чөдөр тарна-140ш	24-ХЦ17	Арвай-120ш, хүрэн манжингийн үр-40ш, лууль-60ш, чөдөр тарна-140ш	Хангалттай
19	77	√	Арвай-120ш, хүрэн манжингийн үр-40ш, лууль-60ш, чөдөр тарна-140ш	24-ХЦ17	Арвай-120ш, Чөдөр тарна-140ш лууль -60ш	Хангалттай
20	112	√	Арвай-120ш, хүрэн манжингийн үр-40ш, лууль-60ш, чөдөр тарна-140ш	24-ХЦ17	Арвай-120ш, хүрэн лууль-40ш, чөдөр тарна-140ш	Хангалттай
21	202	√	Арвай-120ш, хүрэн манжингийн үр-40ш, лууль-60ш, чөдөр тарна-140ш	24-ХЦ17	Арвай-120ш, хүрэн манжингийн үр-40ш, чөдөр тарна-140ш	Хангалттай
22	133	√	Арвай-120ш, хүрэн манжингийн үр-40ш, лууль-60ш, чөдөр тарна-140ш	24-ХЦ17	/Polygonum convolvulus L/ - Чөдөр тарна бш илэрсэн. 1 кг-д хог ургамлын үр ширхгээр: x=120ш /Chenopodium album L/ - Цагаан лууль 3ш илэрсэн. 1 кг-д хог ургамлын үр ширхгээр: x=60ш 3. /Beta vulgaris/ - Хүрэн манжингийн үр 2ш илэрсэн. 1 кг-д бусад таримал ургамлын үр ширхгээр: x=40ш Арвай 6ш илэрсэн. 1 кг-д бусад таримал ургамлын үр ширхгээр: x= 120ш	Хангалттай
23	219	√	Арвай-120ш, хүрэн манжингийн үр-40ш, лууль-60ш, чөдөр тарна-140ш	24-ХЦ17	Хүрэн манжингийн үр-1ш, чөдөр тарна-3ш, лууль-2ш, бөөнөг ханхуул-2ш	Эргэлзээтэй
24	107	√	Арвай-120ш, хүрэн манжингийн үр-40ш, лууль-60ш, чөдөр тарна-140ш	24-ХЦ17	Хог ургамлын үр нийт 200ш -лууль-60ш, чөдөр тарна-140ш Таримлын үр нийт 160ш арвай-120, хүрэн манжин -40	Хангалттай

ХАБУЛД-ийн СТӨУГ-ийн Ур чадварын сорилтын лаборатори



ХИМИЙН УР ЧАДВАРЫН СОРИЛТЫН ҮР ДҮНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГТГЭЛ

/2024 оны 1 ээлж/

Хиамад "Нитрит" (мг/кг) тодорхойлсон оролцогчдын дүнгийн үнэлгээ

Д/д	Лабораторийн код	Бүтээгдэхүүн-ий код	Үзүүлэлт		Үнэлгээ
			Нитрит /мг/кг/	Z-оноо	
Нэг. Улаанбаатар хотын лаборатори					
1	10	24-2003	16	0.26	Хангалттай
Хоёр. Орон нутгийн СХЗХ-ийн сорилтын лабораториуд					
2	68	24-2003	47.2	43.06	Хангалтгүй
Гурав. Төрийн өмчит болон хувийн хэвшлийн лабораториуд					
3	25	24-2003	14.80	-1.38	Хангалттай
4	30	24-2003	13.20	-3.58	Хангалтгүй
5	32	24-2003	18.19	3.27	Хангалтгүй
6	41	24-2003	15.58	-0.31	Хангалттай
7	42	24-2003	13.00	-3.85	Хангалтгүй
8	73	24-2003	16.10	0.40	Хангалттай
9	74	24-2003	15.60	-0.28	Хангалттай
10	89	24-2003	16.20	0.54	Хангалттай
11	95	24-2003	13.00	-3.85	Хангалтгүй
12	96	24-2003	-	-	Хариу ирүүлээгүй
13	118	24-2003	16.20	0.54	Хангалттай
14	136	24-2003	16.75	1.29	Хангалттай
15	144	24-2003	16.10	0.40	Хангалттай
16	218	24-2003	15.80	-0.01	Хангалттай
17	106	24-2003	12.50	-4.54	Хангалтгүй

ХАБҮЛЛ-ийн СТЭҮТ-ийн Ур чадварын сорилтын лаборатори



ХИМИЙН УР ЧАДВАРЫН СОРИЛТЫН ҮР ДҮНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГТГЭЛ
/2024 оны 1 ээлж/

Шар айраг Афлатоксин В1 тодорхойлсон оролцогчдын дүнгийн үнэлгээ

Д/д	Лабораторийн код	Бүтээгдэхүүний код	Үзүүлэлт /Афлатоксин В1/		Үнэлгээ
			Байх ёстой үр дүн	Лабораторийн ирүүлсэн үр дүн	
Нэг. Улаанбаатар хотын лаборатори					
1	10	24-2002	илэрнэ.	илэрсэн.	Хангалттай
2	15	24-2002	илэрнэ.	илэрсэн	Хангалттай
Хоёр. Орон нутгийн СХЗХ-ийн лабораториуд					
3	50	24-2002	илрэхгүй	илрээгүй	Хангалттай
4	52	24-2002	илрэхгүй	илрээгүй	Хангалттай
5	55	24-2002	илрэхгүй	илрээгүй	Хангалттай
6	57	24-2002	илрэхгүй	илрээгүй	Хангалттай
7	59	24-2002	илрэхгүй	илрээгүй	Хангалттай
8	66	24-2002	илэрсэн	илэрсэн	Хангалттай
9	69	24-2002	илрэхгүй	илрээгүй	Хангалттай
10	72	24-2002	илэрнэ.	илрээгүй	Хангалтгүй
Гурав. Төрийн өмчит болон хувийн хэвшлийн лабораториуд					
11	70	24-2002	илрэхгүй	илрээгүй	Хангалттай

ХАБҮЛЛ-ийн СТӨҮТ-ийн Ур чадварын сорилтын лаборатори



ХИМИЙН УР ЧАДВАРЫН СОРИЛТЫН ҮР ДҮНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГТГЭЛ

/2024 оны 1 ээлж/

Хиамад "Нитрит" /I/ (мг/кг) тодорхойлсон оролцогчдын дүнгийн үнэлгээ

д/д	Лаб – ийн код	Бүтээгдэхүүний код	Үзүүлэлт		Үнэлгээ
			Нитрит /мг/кг/	Z-оноо	
Нэг. Улаанбаатар хотын лаборатори					
1	21	24-2003	4.50	-1.30	Хангалттай
Хоёр. Орон нутгийн СХЗХ-ийн сорилтын лабораториуд					
2	54	24-2003	5.50	-0.33	Хангалттай
3	66	24-2003	6.00	0.16	Хангалттай
Гурав. Төрийн өмчит болон хувийн хэвшлийн лабораториуд					
4	28	24-2003	2.20	-3.52	Хангалтгүй
5	76	24-2003	2.60	-3.14	Хангалтгүй
6	121	24-2003	8.31	2.40	Эргэлзээтэй
7	805	24-2003	-	-	
8	193	24-2003	5.42	-0.40	Хангалттай

ХАБҮЛЛ-ийн СТЭҮТ-ийн Ур чадварын сорилтын лаборатори



ХИМИЙН УР ЧАДВАРЫН СОРИЛТЫН ҮР ДҮНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГТГЭЛ

/2024 оны 1 ээлж/

Цагаан архинд “Шүлтлэг” (мл) тодорхойлсон оролцогчдын дүнгийн үнэлгээ

Д/д	Лабораторийн код	Бүтээгдэхүүний код	Үзүүлэлт		Үнэлгээ
			Шүлтлэг (мл)	Z-оноо	
Нэг. Улаанбаатар хотын лабораториуд					
1	10	24-2001	0.55	1.37	Хангалттай
2	21	24-2001	0.50	-0.13	Хангалттай
3	23	24-2001	0.49	-0.43	Хангалттай
Хоёр. Орон нутгийн СХЗХ-ийн лабораториуд					
4	51	24-2001	0.45	-1.63	Хангалттай
5	53	24-2001	0.55	1.37	Хангалттай
6	54	24-2001	0.56	1.67	Хангалттай
7	56	24-2001	0.49	-0.43	Хангалттай
8	58	24-2001	0.50	0.77	Хангалттай
9	59	24-2001	0.49	-0.43	Хангалттай
10	60	24-2001	0.60	2.87	Эргэлзээтэй
11	61	24-2001	0.50	-0.13	Хангалттай
12	62	24-2001	0.52	0.47	Хангалттай
13	63	24-2001	0.49	-0.43	Хангалттай
14	64	24-2001	0.52	0.66	Хангалттай
15	65	24-2001	0.53	0.77	Хангалттай
16	66	24-2001	0.55	1.37	Хангалттай
17	68	24-2001	0.42	-2.52	Эргэлзээтэй
18	9	24-2001	0.53	0.77	Хангалттай
Гурав. Төрийн өмчит					
19	71	24-2001	0.48	-0.73	Хангалттай
20	90	24-2001	4.85	130	Хангалтгүй
Дөрөв. Хувийн хэвшлийн лабораториуд					
21	80	24-2001	0.50	-0.13	Хангалттай
22	83	24-2001	0.50	-0.13	Хангалттай
23	84	24-2001	0.58	2.27	Эргэлзээтэй
24	85	24-2001	0.48	-0.73	Хангалттай
25	86	24-2001	0.48	-0.73	Хангалттай
26	102	24-2001	0.59	2.57	Эргэлзээтэй
27	113	24-2001	0.49	-0.43	Хангалттай
28	125	24-2001	0.50	-0.13	Хангалттай
29	126	24-2001	0.48	-0.73	Хангалттай
30	127	24-2001	4.80	129	Хангалтгүй
31	128	24-2001	0.51	0.17	Хангалттай
32	130	24-2001	0.47	-1.03	Хангалттай
33	131	24-2001	0.43	-2.22	Эргэлзээтэй
34	147	24-2001	0.42	-2.52	Эргэлзээтэй
35	153	24-2001	0.50	-0.13	Хангалттай
36	202	24-2001	0.51	0.17	Хангалттай
37	203	24-2001	-	-	Хариу ирүүлээгүй
38	217	24-2001	0.50	-0.13	Хангалттай

ХАБҮҮЛЭЛИЙН СТАНДАРТЧИЛААНЫ УР ЧАДВАРЫН СОРИЛТЫН ЛАБОРАТОРИ

